

## I REGLEMENTATION

(DARDE Maxime – www.laryngo.com)

### A – Décret du 5 décembre 1994

Relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie

### B – Arrêté du 3/10/95

Relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs

## II DEROULEMENT DE LA CHEK LIST

### A - DM sur le plateau technique

- 1 kit allergie latex (emplacement, périodicité vérification, péremptions)
- 2 Kit choc anaphylactique
- 3 kit HTM – DANTRIUM (contenu, localisation DANTRIUM 2.5mg/kg – flacons de 20mg)  
Péremption du kit
- 4 défibrillateur (batterie/secteur, montée en charge, palettes, gel, +/- palettes internes)
- 5 kit ID, fibroscope
- 6 O<sup>2</sup>, respirateur et scope de transport

### B - les DM en salle

- 1 Température (de la salle, matériel de lutte vs hypothermie, sonde thermique)
- 2 Table (commande électrique, appuis tête) et scialytique
- 3 BAVU – Curamètre
- 4 Gants
- 5 Suppléance O<sup>2</sup> (>100b), aspi manuelle (vérifier sondes), aspi du respirateur

### Vérification du respirateur

By-pass, étalonnage 21%, chaux sodée, pièges à eau, tests fuite, coupure élec et o<sup>2</sup>, surpression, débranchement, réglage alarmes, assujettissement, pressions des gaz  
Vérification des cuves (remplissage, filtre (max 750 grammes), détrompeur pour les cuves

### **Aspiration**

### Contrôle du monitoring

### Vérification intubation

### **Magill, mandrin, béta 2 mimétique**

Masques de différente taille, guedel, valves, serres tête  
Manche, lames de différentes tailles testées  
Seringue lubrifiant  
Scotch/lie pour fixer  
Endotest, stéthoscope  
DM de protection oculaire

### Plateau d'induction (hygiène !!!)

### **Drogue d'urgence : Adrénaline (choc anaphylactique)**

Atropine, Ephédrine  
... selon le cas  
Identification des produits/dilutions  
**Asepsie, contrôle péremptions**

### Nécessaire pose de VVP + soluté

AUTRES DM SELON CHIRURGIE : appuis tête si assis, scotch, rechauffeur perf, cell saver...

## CAHIER DE SALLE A REMPLIR